



UŞAK İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KALİBRASYON PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu	GTHB_64_İLM_PRD.06
Revizyon No	
Revizyon Tarihi	
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa No	1 / 2

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı İl Müdürlüğümüzde izleme ve ölçme için kullanılan tüm cihazların, alet ve ekipmanların kalibrasyon işlemleri için gerçekleştirilecek faaliyetlerin belirlenmesidir.

2. KAPSAM

Bu prosedür, Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki tüm izleme ve ölçme cihazlarını kapsar.

3. TANIMLAR

Kalibrasyon : Belirlenmiş koşullar altında, doğruluğu bilinen bir ölçüm standardını veya sistemini kullanarak diğer test ve ölçüm aletinin doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının belirlenmesi ve doküman haline getirilmesi için kullanılan ölçümler dizisidir

4. SORUMLULUKLAR

İdari Mali İşler Şube Müdürü: Kalibrasyonların yaptırılması için gerekli kaynağı sağlamaktan sorumludur.

Kalibrasyon Sorumlusu: Kalibrasyon sorumlusu kalibrasyona tabi cihazı olan Şube Müdürlükleri Kalite Yönetim Üyesi olup kalibrasyon işlemlerinin takip edilmesinden ve kayıtlarını tutmaktan sorumludurlar.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Kalibrasyon Takip Formu (GTHB.64.İLM.İKS/KYS.FRM.63)

6. UYGULAMA

6.1 Kalibrasyona Tabi Cihazlar

Kurumumuzda kalibrasyona tabi cihazların listesi ve özellikleri Kalibrasyon Takip Formunda GTHB.64.İLM.İKS/KYS.FRM.63 verilmiştir.

6.2 Kalibrasyon

Kurumumuzda kalibrasyon yapılacak cihazlar kalibrasyon tarihi gelmeden önce kalibrasyona tabi cihazı olan Şube Müdürlükleri Kalite Yönetim Üyesi tarafından ilgili kalibrasyon laboratuvarlarında kalibrasyonlarının yaptırılması için İdari Mali İşler Şube Müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

6.3 Kalibrasyon Planlaması

Kalibrasyona tabi cihazların kalibrasyon tarihleri ve bir sonraki kalibrasyon tarihi, kalibrasyonu yapan kurum ve rapor numarası, Kalibrasyon Takip Formunda GTHB.64.İLM.İKS/KYS.FRM.63 gösterilmiştir.

Kalibrasyon Takip Formundaki hususlar kalibrasyona tabi cihazı olan Şube Müdürlüklerinde görevli Kalite Yönetim Ekibi üyesi tarafından takip edilir.

Hazırlayan Kalite Yönetim Ekibi		Onaylayan Kalite Yönetim Temsilcisi	



**UŞAK İL GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
KALİBRASYON PROSEDÜRÜ**

Doküman Kodu	GTHB_64_İLM_PRD.06
Revizyon No	
Revizyon Tarihi	
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa No	2 / 2

6.4 Cihazların Hasar Görmesi, Kalibrasyon Periyodu Belirlenmesi

Kalibrasyona tabii ölçüm cihazlarının hasar görmesi veya uygunsuzluk göstermesi durumunda kalibrasyona tabi cihazı olan Şube Müdürlüklerinde görevli Kalite Yönetim Ekibi üyesi tarafından ilgili kurumlarla görüşülerek çözümlenir. Kalibrasyon periyodu, kalibrasyon yapan firmaların göndermiş olduğu raporlar ve/veya ilgili firmaların görüşleri dikkate alınarak belirlenir.

6.5 Kalibrasyon Kayıtları

Kalibrasyona tabi tutulan ölçüm cihazları, kalibrasyonu yapan kurumun etiketleri yapıştırılarak tanımlanır. Kalibrasyona ilişkin tüm raporlar ve kayıtlar kalibrasyona tabi cihazı olan Şube Müdürlüklerinde görevli Kalite Yönetim Ekibi üyesi tarafından tutulur.

6.6 Kalibrasyonun Geçersiz Kılınması

Muayene ve deney teçhizatının kalibrasyonunun sağlanamadığı durumlarda cihazın kullanılmaması sağlanır.

Kalibrasyona tabi cihazlar ölçüm yapılacak ortamlarda kullanılmaktadır.

6.7 Cihazların Taşınması

Kalibrasyona tabi cihazlar, kalibrasyonu yapacak ilgili laboratuvarın tarif ettiği şekilde taşınır.

Hazırlayan Kalite Yönetim Ekibi		Onaylayan Kalite Yönetim Temsilcisi	